

## **Поверка**

осуществляется по документу «Спектрофотометры серии ПЭ (модели ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5600УФ). Методика поверки МП-242-0457-2007» утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 15.02.2007 г.