

## **Поверка**

осуществляется по документу МП РТ 1462-2010 «Анализаторы спектра R&S FSC3, R&S FSC6. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест - Москва» 18 октября 2010 г.