

Поверка

осуществляется по разделу 4 документае Ц2.702.397 РЭ «Канал измерительный нейтронный системы контроля, управления и защиты ядерного реактора КИН СКУЗ. Руководство по эксплуатации», утвержденного ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2010 г.