

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.398-80 «ГСИ. Приборы для измерения твёрдости металлов и сплавов. Методы и средства поверки». Поверка твердомеров по нагрузкам осуществляется в соответствии с п. 13 Руководства по эксплуатации.