

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ Р 8.665-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Люкметры и яркомеры фотоэлектрические. Методика поверки».