

Поверка

осуществляется по документу Р 50.2.047-2005 «ГСИ. Счётчики аэрозольных частиц. Методика поверки», идентификационные данные программного обеспечения приведены в руководстве по эксплуатации (раздел «Подтверждение соответствия программного обеспечения»).