

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ OIML R 76-1-2011«ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания. Приложение ДА».