



СОГЛАСОВАНО

Начальник

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Т.Ф. Мамлеев

«20» 12 2022 г.

М.п.



Государственная система обеспечения единства измерений
Тестеры кабельные TestPro-CV-100
Методика поверки
МП-27/002-2022

2022 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика поверки распространяется на тестеры кабельные TestPro CV-100 (далее – тестеры), предназначенные для измерений параметров электрических и волоконно-оптических кабелей, тестирования и хранения во внутренней памяти результатов тестирования

1.2. В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Метрологические требования, предъявляемые к тестерам TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-CAT8.1-CN и AD-CAT8.1-PL (модификации TestPro CV-100-K50, TestPro CV-100-K60, TestPro CV-100-K51, TestPro CV-100-K61)

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерения электрического сопротивления, Ом	от 1 до 1000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления, Ом	$\pm(0,5+0,01 \cdot R_{\text{изм}}^1)$
Диапазон измерений вносимого затухания в диапазоне частот тестового сигнала от 1 до 100МГц, дБ	от 0 до 62
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений вносимого затухания, дБ	$\pm 0,5$
Диапазон частот тестового сигнала в режиме индикации вносимого затухания ²⁾ , МГц	св. 100 до 2000
Диапазон измерения длины электрического кабеля, м	от 0 до 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длины электрического кабеля ³⁾ , м	$\pm(0,5+0,04 \cdot L_{\text{изм}}^4)$

Примечания:

- 1) $R_{\text{изм}}$ – измеренное значение электрического сопротивления, Ом;
- 2) Метрологические характеристики в указанном диапазоне частот не нормируются;
- 3) При длине более 100 м метрологические характеристики не нормируются;
- 4) $L_{\text{изм}}$ – измеренное значение длины кабеля, м.

Таблица 2 – Метрологические требования, предъявляемые к тестерам TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-SM-01 и AD-MM-01 (модификации TestPro CV-100-K11, TestPro CV-100-K51, TestPro CV-100-K61)

Наименование характеристики	Значение характеристики	
	1	2
Тип волокна	Одномодовое	Многомодовое
Рабочие длины волн, нм	1310±20 1550±20	850±20 1300±20
Уровень выходной мощности источника излучения, дБм ¹⁾	от минус 4 до 0	от минус 23 до минус 18
Нестабильность уровня выходной мощности источника излучения (после 15 минут прогрева), дБ, не более:		
- в течении 15 минут		0,02
- в течении 2 часов		0,05

продолжение таблицы 2

1	2	3
Диапазон измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, дБм ¹⁾	от минус 30 до минус 3	
Пределы допускаемой погрешности измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, дБ	±0,2	
Пределы допускаемой погрешности измерений относительных уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, дБ	±0,05	
Диапазон измерений вносимого ослабления оптического излучения, дБ	от 0 до 20	от 0 до 10
Пределы допускаемой погрешности измерений вносимого ослабления оптического излучения, дБ	±0,2	
Диапазон измерения длины волоконно-оптического кабеля, м	от 1 до 20000	от 1 до 2000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длины волоконно-оптического кабеля, м	±(1+0,01·L _{изм} ²⁾)	
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 1 до 60	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	±0,1	
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом	от 1 до 100	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления, Ом	±(0,5+0,01·R _{изм} ³⁾)	

Примечания:

- 1) дБм обозначает дБ относительно 1 мВт;
- 2) L_{изм} – измеренное значение длины кабеля, м;
- 3) R_{изм} – измеренное значение электрического сопротивления, Ом.

Таблица 3 – Метрологические требования, предъявляемые к тестерам TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-NET-CABLE (модификации TestPro CV-100-K60, TestPro CV-100-K61)

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 40 до 57
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	±0,1
Диапазон измерений силы постоянного тока, А	от 0,01 до 1,90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	±0,01

1.3. Методика поверки обеспечивает прослеживаемость тестеров к государственному первичному специальному эталону единиц длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем и передачи информации ГЭТ 170-2011 в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2019 № 2862, государственному первичному эталону единицы электрического сопротивления ГЭТ 14-2014 в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 № 3456, государственному первичному эталону единицы силы постоянного тока ГЭТ 4-91 в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.10.2018 № 2091, государственному первичному эталону единицы

электрического напряжения ГЭТ 13-2001 в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 № 3457, государственному первичному эталону ослабления электромагнитных колебаний ГЭТ 193-2011 в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц, ГОСТ Р 8.851-2013.

1.4. В методике поверки реализован метод передачи единицы непосредственным сличением и метод прямых измерений.

1.5. Сокращенная поверка тестеров возможна для меньшего числа измеряемых величин в соответствии с комплектностью, определяемой модификацией тестера, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
1	2	3	4
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Определение диапазона абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, диапазона и абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока	Да	Да	9.1 ¹⁾
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления	Да	Да	9.2 ²⁾
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений вносимого затухания	Да	Да	9.3 ²⁾
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерения длины электрического кабеля	Да	Да	9.4 ²⁾
Определение длин волн источника излучения	Да	Нет	9.5 ³⁾

продолжение таблицы 4

1	2	3	4
Определение уровня выходной мощности источника излучения	Да	Да	9.6 ³⁾
Определение нестабильности выходной мощности оптического излучения	Да	Да	9.7 ³⁾
Определение диапазона измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, погрешности измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, погрешности измерений относительных уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки	Да	Да	9.8 ³⁾
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений длины волоконно-оптического кабеля	Да	Да	9.9 ³⁾
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений вносимого ослабления оптического излучения	Да	Да	9.10 ³⁾
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	10

Примечания:

- 1) операция выполняется только при поверке тестеров TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-NET-CABLE (модификации TestPro CV-100-K60, TestPro CV-100-K61);
- 2) операция выполняется только при поверке тестеров TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-CAT8.1-CN и AD-CAT8.1-PL (модификации TestPro CV-100-K50, TestPro CV-100-K60, TestPro CV-100-K51, TestPro CV-100-K61);
- 3) операция выполняется только при поверке тестеров TestPro CV-100 с тестовыми адаптерами AD-SM-01 и AD-MM-01 (модификации TestPro CV-100-K11, TestPro CV-100-K51, TestPro CV-100-K61).

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от 15 до 25;
- относительная влажность окружающего воздуха, %..... не более 80;
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)..... от 84,0 до 106 (от 630 до 795);
- питание от сети переменного тока
напряжение, В от 198 до 242;
частота, Гц от 49 до 51.

Примечание – при проведении поверочных работ условия окружающей среды средств поверки (рабочих эталонов) должны соответствовать регламентируемым в их инструкциях по эксплуатации требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области геометрических измерений, и допущенные к проведению поверки установленным порядком.

4.2 Поверитель должен изучить эксплуатационные документы на поверяемый тестер и используемые средства поверки.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 5.

Таблица 5

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
п. 8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средство измерений температуры окружающей среды в диапазоне от 15 до 25 °С с абсолютной погрешностью не более 0,3 °С; Средство измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 0 до 60% с относительной погрешностью не более 2,5%; Средство измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 107 кПа с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа Средство измерений напряжения переменного тока в диапазоне от 198 до 242 В с абсолютной погрешностью не более 1 В Средство измерений частоты переменного тока в диапазоне от 49 до 51 Гц с абсолютной погрешностью не более 0,1 Гц	Метеостанция НМ30, рег. № 33300-06 Вольтметр В7-78/1 рег. № 52147-12
п. 10 определение метрологических характеристик средства измерений	Диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0,01 до 1,90 А Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 40 до 57 В Диапазон измерений силы постоянного тока от 0,01 до 1,90 А с абсолютной погрешностью не более 0,003 А Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 40 до 57 В с абсолютной погрешностью не более 0,03В Диапазон воспроизводимых сопротивлений от 1 до 1000 Ом; основная допускаемая погрешность 0,3%	Источник питания постоянного и переменного тока АК ИП-1203/2 рег. № 78919-20 Вольтметр В7-78/1 рег. № 52147-12 Магазин электрического сопротивления Р4830/1, рег. № 4614-74

продолжение таблицы 5

1	2	3
	<p>Средство измерений длины одномодового волоконно-оптического кабеля в диапазоне от 1 до 20000 м, с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения длины волоконно-оптического кабеля $\pm(1+0,001 \cdot L)$ м, L – измеряемая длина, м.</p> <p>Средство измерений длины многомодового волоконно-оптического кабеля в диапазоне от 1 до 2000 м, с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения длины волоконно-оптического кабеля $\pm(1+0,001 \cdot L)$ м, L – измеряемая длина, м.</p>	<p>Система оптическая измерительная FTB-400 рег. № 29066-05</p>
	<p>Средство измерений мощности лазерного излучения в диапазоне от -30 до 0 дБм с пределами допускаемой погрешности $\pm 0,01$ дБ в диапазоне длин волн от 0,85 до 1,55 мкм; дБм – дБ относительно 1 мВт.</p> <p>Источники лазерного излучения мощностью не менее -3 дБм с длинами волн 0,85 мкм; 1,3 мкм; 1,31 мкм и 1,55 мкм; дБм – дБ относительно 1 мВт.</p> <p>Аттенюатор оптический с максимальным вносимым затуханием не менее 27 дБ на длинах волн 0,85 мкм; 1,3 мкм; 1,31 мкм и 1,55 мкм.</p>	<p>Вторичный эталонный комплекс параметров оптического излучения для ВОСП ВЭК-54 2.1.VXH.0039.2020</p>

продолжение таблицы 5

1	2	3
	<p>Нагрузка максимальной мощностью не менее 100 Вт с диапазоном установки стабилизируемого значения напряжения от 40 до 57 В с диапазоном установки стабилизируемого значения силы тока от 0,0 до 1,9 А</p> <p>Аттенюатор с максимальным вносимым затуханием не менее 62 дБ с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,25$ дБ</p> <p>Средство измерений длины в диапазоне от 1 до 100 м с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений длины $\pm(0,1+0,01 \cdot L)$, L – измеряемая длина, м</p>	<p>Нагрузка электронная АКИП-1370/1 рег. № 64174-16</p> <p>Прибор для измерения ослабления Д1-25 рег. № 37210-08</p> <p>Измеритель длины материалов ИДМ рег. № 46512-11 или Дальномер лазерный GLM 250 VF рег. № 44451-10 или Рулетка измерительная металлическая типа Р</p>
<p>Примечание – Допускается использовать при поверке другие утверждённые и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утверждённого типа, поверенные и удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.</p>		

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При выполнении операций поверки должны быть соблюдены все требования техники безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.3.019-80, действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также всеми действующими местными инструкциями по технике безопасности.

6.2 К выполнению операций поверки и обработке результатов наблюдений могут быть допущены только лица, аттестованные в качестве поверителя в установленном порядке.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Внешний вид и комплектность проверить на соответствие данным, приведенным в руководстве по эксплуатации (РЭ) и в паспорте на тестер.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- отсутствие внешних механических повреждений, ослабления элементов конструкции, влияющих на правильность функционирования и метрологические характеристики тестера;

- наличие товарного знака изготовителя, заводского номера тестера.

- соответствие комплектности паспорту, наличие маркировок с указанием типа и заводского номера.

7.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если тестер удовлетворяет требованиям п. 7.1.1. В противном случае, тестер дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется для проведения ремонта.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

Во время подготовки к поверке поверитель знакомится с документацией на тестер, подготавливает все материалы и средства измерений, необходимые для проведения поверки. Контроль условий проведения поверки по пункту 3.1 провести перед началом поверки, а затем периодически, но не реже одного раза в час.

8.2 Присоединить к каждой платформе тестовые адаптеры AD-SM-01.

8.2.1 Включить тестер (Включить обе платформы – нажать на передней панели кнопку включения, проверить заряд установленных элементов питания, при необходимости подключить блок питания).

8.2.2 Соединить разъемы тестовых адаптеров между собой соответствующими волоконно-оптическими кабелями длиной $2,0 \pm 0,1$ м.

8.2.3 Дать тестеру прогреться 5 минут.

8.2.4 Выбрать [One Jumper] и затем [Set Reference]. В диалоговом окне выбрать [Ок]. После завершения калибровки на экране отобразятся установленные значения. Выберите [Ассерт]. После калибровки запрещено отключать кабель от разъёма порта передатчика Tx и выключать прибор. При перекоммутации кабеля с порта передатчика или отключения прибора требуется повторная калибровка.

8.2.5 Запустить тест, нажав кнопку «Test» на платформе, являющейся «ведущей» (Main), на экране «ведомой» (Remote) платформы начнет мигать надпись «Test», затем загорится надпись «Pass».

8.2.6 Переключить программный переключатель «ведущий»/«ведомый» на каждой платформе в противоположное положение, тем самым поменяв их роли при тестировании.

8.2.7 Повторить операции согласно п.8.2.1-8.2.6.

8.2.8 Повторить операции согласно п.п. 8.2.1-8.2.7 с тестовыми адаптерами AD-MM-01.

8.2.9 Подключить к ведущему (main) блоку один из адаптеров AD-CAT8.1-CH, а к ведомому (remote) блоку – один из адаптеров AD-CAT8.1-PLE, соединив адаптеры между собой.

8.2.10 На экране ведущего блока отобразится меню CABLE CERTIFICATION. Выбрать [Tools], затем [Set Reference] и выбрать [Yes]. Дождаться сообщения «Set Reference Successful»

8.2.11 Переключить программный переключатель «ведущий»/«ведомый» на каждой платформе в противоположное положение, тем самым поменяв их роли при тестировании.

8.2.12 Подключить к ведущему (main) блоку второй адаптер AD-CAT8.1-CH, а к ведомому (remote) блоку – второй адаптер AD-CAT8.1-PLE, соединив тестовые адаптеры между собой.

8.2.13 Повторить операцию 8.2.10

8.2.14 Тестер считать выдержавшим испытания и готовым к работе, если каждый из тестовых циклов завершается индикацией надписи «Pass», «Set Reference Successful».

8.2.15 В разделе “Settings” (Настройки), подраздел “Certification” (Сертификация), пункт “Autostart” (Автозапуск) отметить опцию “Do Autotest if Wiremap Failed” (Делать автотест при ошибках разводки)

8.2.16 При положительных результатах опробования приступить к проверке метрологических характеристик. В противном случае поверка прекращается, тестер бракуется.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Определение диапазона абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, диапазона и абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока.

9.1.1 Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока тестовым адаптером AD-NET-CABLE (подключённым к платформе TestPro из состава тестера) использовать источник питания постоянного и

переменного тока АКПП-1203/2 (далее – источник питания), нагрузку электронную АКПП-1370/1 (далее – нагрузку), вольтметр В7-78/1 (далее – вольтметр) и адаптер-переходник RJ45-винтовой зажим.

9.1.2 Включить тестовый адаптер AD-NET-CABLE (подключённый к платформе TestPro из состава тестера). Подключить нагрузку последовательно к дополнительным разъемам тестового адаптера AD-NET-CABLE. Подключить источник питания к выводам: 1,2 (+) и 3,6 (-), параллельно подключить вольтметр (в режиме измерений напряжения постоянного тока).

9.1.3 Установить значение напряжения постоянного тока на источнике питания и нагрузке 40 В, значение силы постоянного тока на источнике питания и нагрузке 500 мА, запустить выполнение теста [PoE LOAD TEST]. Записать напряжение постоянного тока, зарегистрированное вольтметром в момент выполнения теста. После завершения теста записать показания тестера.

9.1.4 Повторить операции согласно п.п. 9.1.3 для значений напряжения постоянного тока 45, 50, 57 В.

9.1.5 Подключить нагрузку и вольтметр (в режиме измерения силы постоянного тока) последовательно к дополнительным разъемам тестового адаптера AD-NET-CABLE. Подключить источник питания к выводам: 1,2 (+) и 3,6.

9.1.6 Установить значение напряжения постоянного тока на источнике питания и нагрузке 50 В, значения силы постоянного тока на источнике питания и нагрузке 10 мА, запустить выполнение теста [PoE LOAD TEST]. Записать пиковое значение силы постоянного тока, зарегистрированное вольтметром. После завершения теста записать показания тестера.

9.1.7 Повторить операции согласно п. 9.1.3 для значений силы постоянного тока 100 мА, 500 мА, 1000 мА, 1900 мА.

9.1.8 Повторить операции согласно п.п. 9.1.2-9.1.7, подключая источник питания к выводам 4,5 (+) и 7,8 (-).

9.1.9 Повторить операции согласно п.п. 9.1.2-9.1.8 для второго тестового адаптера AD-NET-CABLE, подключенного к второй платформе TestPro, из состава тестера.

9.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления

Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления использовать магазин электрического сопротивления P4830/1 (далее – магазин) и адаптер-переходник RJ45-винтовой зажим

9.2.1 Подключить к ведущему (main) блоку один из адаптеров AD-CAT8.1-CH, а к ведомому (remote) блоку – один из адаптеров AD-CAT8.1-PLE, соединив адаптеры между собой.

9.2.2 На экране ведущего блока отобразится меню CABLE CERTIFICATION. Выберите [Tools], затем выберите [Set Reference] и выберите [Yes]. Дождаться сообщения «Set Reference Successful».

9.2.3 Подключить к ведомому (remote) блоку адаптер AD-CAT8.1-CH.

9.2.4 Поочередно для каждой из четырех тестируемых пар подключить магазин к соответствующим выводам (1-2, 3-6, 4-5, 7-8). Устанавливать значения электрического сопротивления на магазине 1, 10, 100, 1000 Ом. Запустить выполнение теста, после завершения тестирования войти в меню «DC Resistance» и записать показания тестера для каждой тестируемой пары проводов.

9.2.5 Для учета начального сопротивления магазина, а также сопротивления присоединительных проводов из результата тестирования необходимо вычесть значение сопротивления, индицируемое тестером при установке нулевого сопротивления магазина.

9.2.6 Повторить операции согласно п.п. 9.2.4 -9.2.5 с второй парой тестовых адаптеров.

9.3 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений вносимого затухания

Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений вносимого затухания использовать прибор для измерения ослабления Д1-25 (далее – аттенуатор) и адаптер-переходник RJ45-винтовой зажим-коаксиальный разъем тип N (тип III ГОСТ 13317-89)

9.3.1 Подготовить тестер к работе для чего подключить к ведущему (main) блоку один из адаптеров AD-CAT8.1-CH, а к ведомому (remote) блоку – один из адаптеров AD-CAT8.1-PLE, соединив адаптеры между собой.

9.3.2 На экране ведущего блока отобразится меню CABLE CERTIFICATION. Выберите [Tools], затем выберите [Set Reference] и выберите [Yes]. Дождаться сообщения «Set Reference Successful».

9.3.3 Подключить к ведомому (remote) блоку адаптер AD-CAT8.1-CH.

9.3.4 Поочередно для каждой из четырех тестируемых пар подключить аттенуатор к соответствующим выводам (1-2, 3-6, 4-5, 7-8). Устанавливать значения затухания на аттенуаторе 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 дБ. Запустить выполнение теста, после завершения тестирования войти в раздел «Summary» и записать показания тестера.

9.3.5 Для учета начального затухания сигнала на присоединительных разъемах и кабелях из результатов измерений вычесть значения затухания, полученные при установке на аттенуаторе затухания 0 дБ.

9.3.6 Повторить операции согласно п.п. 9.3.4, 9.3.5 с второй парой тестовых адаптеров.

9.4 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерения длины электрического кабеля

9.4.1 Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений длины электрического кабеля использовать отрезок кабеля UTP Cat 5e PE 4 (далее – кабель) длиной 99 ± 1 м.

9.4.2 Длину кабеля определить при помощи средства измерений длин рулонных и бухтовых материалов либо дальномера или рулетки (допускается измерение общей длины сложением нескольких интервалов измеренных последовательно). При определении длины кабеля дальномером или рулеткой один конец кабеля должен быть прочно закреплен на неподвижном основании, а свободный коней натянут с усилием 49 ± 1 Н (грузом $5 \pm 0,1$ кг). Оба конца кабеля обжать коннектором RJ45 при помощи кримпера.

9.4.3 Подключить тестовые адаптеры AD-CAT8.1-CH (подключённые к платформе TestPro из состава тестера) к концам кабеля длиной 99 ± 1 м, запустить процесс определения относительной скорости распространения сигнала в выбранном кабеле (NVP). Выполнение теста завершится индикацией значения NVP, рассчитанного тестером по длительности интервала времени распространения зондирующих импульсов в кабеле и значения длины кабеля, полученного средством измерений длин рулонных и бухтовых материалов либо дальномером или рулеткой. Записать значение NVP в память тестера.

9.4.4 Повторить операции согласно п. 9.4.1, 9.4.2 для отрезка кабеля длиной 90 ± 1 м. Допускается использовать кабель из той же бухты, либо отделить отрезок кабеля нужной длины от отрезка кабеля использовавшегося для определения NVP.

9.4.5 Подключить тестовые адаптеры AD-CAT8.1-CH (подключённые к платформе TestPro из состава тестера) к концам кабеля длиной 90 ± 1 м, запустить выполнение теста. После завершения теста войти в раздел «Summary» и записать показания тестера


9.4.6 Повторить операции согласно п.п. 9.4.4-10.9 для отрезков кабеля длиной 10 ± 1 м и $1,0 \pm 0,1$ м.

9.4.7 Повторить операции согласно п. 9.4.1, 9.4.3 для отрезка кабеля длиной 590 ± 10 м

9.4.8 Повторить операции согласно п.п. 9.4.1-9.4.7 с тестовыми адаптерами AD-CAT8.1-PLE.

9.5 Определение длин волн источника излучения

9.5.1 Собрать установку, приведенную на рисунке 1.



- 1 – тестер (платформа TestPro с присоединенным к ней тестовым адаптером);
 2 – спектральная установка из состава РЭСМ-В; 3 - монохроматор;
 4 - фотоприемное устройство; 5 - регистратор, ОК - оптический кабель

Рисунок 1

9.5.2 Оптическим кабелем соединить выход тестового адаптера AD-SM-01, подключенного к платформе TestPro, из состава тестера с входным разъемом спектральной установки. На испытываемом тестере провести установку длины волны излучения 1310 нм.

9.5.3 Изменяя длину волны на шкале монохроматора, регистрировать длину волны, соответствующую максимальному значению сигнала.

9.5.4 Повторить операции согласно п. 9.5.3 для длины волны 1550 нм.

9.5.5 Повторить операции согласно п.п. 9.5.1-9.5.4 для второго тестового адаптера AD-SM-01, подключенного к второй платформе TestPro, из состава тестера

9.5.6 Повторить операции согласно п.п. 9.5.1-9.5.5 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 на длинах волн 850 нм и 1300 нм.

9.5.7 Зарегистрированные значения длин волн должны находиться в пределах допуска, заданного для каждой из длин волн в РЭ тестера.

9.5.8 Результаты испытаний считать положительными, если длины волн соответствуют значениям, указанным в таблице 2.

9.6 Определение уровня выходной мощности источника излучения

9.6.1 Подать оптическое излучение с длиной волны 1310 ± 20 нм с выхода источника излучения, встроенного в тестовый адаптер AD-SM-01, присоединенный к платформе TestPro, из состава тестера на оптический вход ваттметра из состава рабочего эталона средней мощности оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи РЭСМ-В (далее – РЭСМ-В) с помощью волоконного кабеля. Измерить значение оптической мощности.

9.6.2 Повторить операцию согласно п. 9.6 еще 9 раз, каждый раз предварительно вынув и вставив оптический разъем.

9.6.3 Определить значение выходной мощности, как среднее из десяти измерений.

9.6.4 Повторить операции согласно п.п. 9.6.1 -9.6.3 для длины волны 1550 ± 20 нм.

9.6.5 Повторить операции согласно п.п. 9.6.1-9.6.4 для второго тестового адаптера AD-SM-01, подключенного к второй платформе TestPro, из состава тестера.

9.6.6 Повторить операции согласно п.п. 9.6.1-9.6.5 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 на длинах волн 850 ± 20 нм и 1300 ± 20 нм.

9.6.7 Результаты испытаний считать удовлетворительными, если полученные значения уровня выходной мощности соответствуют приведенным в таблице 2

9.7 Определение нестабильности выходной мощности оптического излучения

9.7.1 Провести предварительный прогрев встроенного в тестовый адаптер AD-SM-01 (подключенный к платформе TestPro из состава тестера) источника излучения на длине волны 1310 нм в течении 15 минут.

9.7.2 Подать оптическое излучение на длине волны 1310 нм от источника излучения с помощью волоконного кабеля на оптический вход ваттметра из состава РЭСМ-В.

9.7.3 Регистрировать показания ваттметра из состава РЭСМ-В в течении 15 минут с интервалом в 1 минуту.

9.7.4 Повторить операции согласно п.п. 9.7.1 – 9.7.3 в течении 2 часов.


9.7.5 Повторить операции согласно п.п. 9.7.1 –9.7.4 для длины волны 1550 нм.

9.7.6 Повторить операции согласно п.п. 9.7.1-9.7.5 для второго тестового адаптера AD-SM-01, подключенного к второй платформе TestPro, из состава тестера

9.7.7 Повторить операции согласно п.п. 9.7.1-9.7.6 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 на длинах волн 850 нм и 1300 нм.

9.8 Определение диапазона измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, погрешности измерений уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки, погрешности измерений относительных уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки

9.8.1 Собрать установку согласно схеме, приведенной на рисунке 2.



1 – источник излучения; 2- аттенюатор оптический;
3 – ваттметр из состава РЭСМ-В; 4 – ваттметр, встроенный в тестовый адаптер;
5 – волоконно-оптический кабель; 6 – РЭСМ-В

Рисунок 2

9.8.2 Установить на тестовом адаптере AD-SM-01 (подключённом к платформе TestPro из состава тестера) длину волны 1310 нм.

9.8.3 Выход аттенюатора оптического подключить к входу ваттметра из состава РЭСМ-В и регулировкой аттенюатора установить на его выходе мощность, равную максимально измеряемой ваттметром, встроенным в тестовый адаптер

9.8.4 Провести измерение мощности последовательно ваттметром из состава РЭСМ-В и ваттметром, встроенным в тестовый адаптер.

9.8.5 Повторить операции согласно п.9.8.4, последовательно уменьшая мощность (с шагом от 3 до 5 дБ) до минимально измеряемой ваттметром, встроенным в тестовый адаптер.

9.8.6 Повторить операции согласно п.п. 9.8.2-9.8.5 для длины волны 1550 нм.

9.8.7 Повторить операции согласно п.п.9.8.1-9.8.6 для второго тестового адаптера AD-SM-01, подключенного к второй платформе TestPro, из состава тестера

9.8.8 Повторить операции согласно п.п. 9.8.1-9.8.7 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 на длинах волн 850 нм и 1300 нм.

9.9 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений длины волоконно-оптического кабеля

9.9.1 Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений длины одномодового волоконно-оптического кабеля использовать одномодовый волоконно-оптический кабель (далее – кабель) длиной 19000 ± 1000 м, длиной 1900 ± 100 м и кабеля длиной $1,5 \pm 0,5$ м.

9.9.2 Длину кабелей длиной 19000 ± 1000 м и 1900 ± 100 м определить при помощи системы оптической измерительной FTB-400 или средства измерений длин рулонных и бухтовых материалов, длину кабеля длиной $1,5 \pm 0,5$ м определить при помощи средства измерений длин рулонных и бухтовых материалов либо дальномера или рулетки.

9.9.3 Подготовить тестер к работе для чего соединить входы и выходы тестовых адаптеров AD-SM-01 (подключённых к платформам TestPro из состава тестера) друг

к другу при помощи оптических кабелей длиной $2,0 \pm 0,1$ м, входящих в состав тестера, нажать на дисплее одной из платформ TestPro программную клавишу «Set Reference».

9.9.4 После подготовки тестера к работе отключать оптический кабель $2,0 \pm 0,1$ м. от порта передатчика тестового адаптера (Tx) не рекомендуется. В случае отключения кабеля от порта передатчика, необходимо повторить операции согласно п. 9.9.3.

9.9.5 Подключить тестовые адаптеры AD-SM-01 (подключённые к платформам TestPro из состава тестера) к концам кабеля длиной 19000 ± 1000 м, запустить выполнение теста. После завершения теста войти в раздел «Summary» и записать показания тестера.

9.9.6 Повторить операции согласно, 9.9.3-9.9.5 с кабелем длиной 1900 ± 100 м.

9.9.7 Повторить операции согласно, 9.9.3-9.9.5 с кабелем длиной $1,5 \pm 0,5$ м.

9.9.8 Повторить операции согласно п.п. 9.9.1-9.9.7 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 для значений длины многомодового волоконно-оптического кабеля 1900 ± 100 м, 190 ± 10 м и $1,5 \pm 0,5$ м.

9.10 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений вносимого ослабления оптического излучения

9.10.1 Для определения диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений длины одномодового волоконно-оптического кабеля использовать аттенюатор из состава РЭСМ-В.

9.10.2 Подготовить тестер к работе для чего соединить с помощью волоконно-оптических кабелей выход первого тестового адаптера с входом аттенюатора из состава РЭСМ-В, выход аттенюатора соединить с входом второго тестового адаптера, выход второго тестового адаптера соединить с входом первого тестового адаптера, установить на аттенюаторе ослабление 0 дБ, нажать на дисплее одной из платформ TestPro программную клавишу «Set Reference».

9.10.3 После подготовки тестера к работе отключать оптический кабели от входов и выходов аттенюатора и тестового адаптера не рекомендуется. В случае отключения оптического кабеля от аттенюатора или тестового адаптера, необходимо повторить операции согласно п.9.10.2.

9.10.4 Установить на аттенюаторе ослабление 5 дБ, измерить вносимое ослабление при помощи тестера.

9.10.5 Повторить операции согласно, 9.10.4 для значений ослабления 10, 15, 20 дБ.

9.10.6 Повторить операции согласно п.п. 9.10.1-9.10.5 с тестовыми адаптерами AD-MM-01 для значений ослабления 5 и 10 дБ.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

10.1 Определить абсолютную погрешность измерений напряжения постоянного тока по формуле:

$$\Delta_U = U_T - U_K$$

где U_T – напряжение, измеренное тестером;

U_K – напряжение, измеренное вольтметром.

10.2 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений и абсолютная погрешность измерений напряжения постоянного тока тестеров, соответствуют, указанным в таблице 3.

10.3 Определить абсолютную погрешность измерений силы постоянного тока по формуле:

$$\Delta_I = I_T - I_K$$

где I_T – ток, измеренный тестером;

I_K – ток, измеренный вольтметром.

10.4 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений и абсолютная погрешность измерений силы постоянного тока соответствуют указанным в таблице 3.

10.5 Определить абсолютную погрешность измерений электрического сопротивления по формуле:

$$\Delta_R = R_B - R_M$$

где R_B – результат вычислений;
 R_M – показание магазина сопротивлений.

10.6 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений и абсолютная погрешность измерений электрического сопротивления тестеров соответствуют указанным в таблице 1.

10.7 Определить абсолютную погрешность измерений затухания по формуле:

$$\Delta = P_B - P_{ATT}$$

где P_B – результат вычислений;
 P_M – номинал аттенюатора.

10.8 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений и абсолютная погрешность измерений вносимого затухания соответствуют указанным в таблице 1.

10.9 Определить абсолютную погрешность измерений длины электрического кабеля по формуле:

$$\Delta_L = L_T - L_{Д}$$

где L_T – длина кабеля, измеренная тестером;
 $L_{Д}$ – длина кабеля, измеренная дальномером.

10.10 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений и абсолютная погрешность измерений длины электрического кабеля соответствуют указанным в таблице 1.

10.11 Определить нестабильность S мощности встроенного источника излучения по формуле:

$$S = P_{\max} - P_{\min}$$

где P_{\max} , P_{\min} – максимальное и минимальное значения мощности, зафиксированные за время измерений.

10.12 Полученные значения нестабильности для всех длин волн не должны превышать:

- в течении 15 минут – 0,02 дБ;
- в течении 2 часов – 0,05 дБ.

10.13 Определить значения погрешности измерений уровня оптической мощности в каждой точке шкалы ваттметра, встроенного в тестовый адаптер на выбранной длине волны градуировки Δ_{P_i} по формуле:

$$\Delta_{P_i} = P_{T_i} - P_{эм_i}$$

где $P_{эм_i}$ – значения уровня оптической мощности, измеренное ваттметром из состава РЭСМ-В;

P_{T_i} – значения уровня оптической мощности, измеренное ваттметром встроенным в тестовый адаптер;

i – число точки шкалы ваттметра, встроенного в тестовый адаптер, в которых измеряется уровень оптической мощности.

10.14 Определить значения погрешности измерений относительных уровней оптической мощности на выбранной длине волны градуировки $\Delta_{P_{отн}}$ по формуле:

$$\Delta_{P_{отн}} = P_{T_i} - P_{T_1} - (P_{эм_i} - P_{эм_1})$$

10.15 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон измерений средней мощности на каждой из длин волн градуировки составляет от минус 30 до минус 3 дБм; погрешность измерений уровней средней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки не превышают 0,2 дБ; погрешность измерений относительных уровней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки не превышают 0,05 дБ.

10.16 Определить абсолютную погрешность измерений длины волоконно-оптического кабеля по формуле:

$$\Delta_L = L_T - L_P$$

где L_T – длина кабеля, измеренная тестером;
 L_P – длина кабеля, измеренная дальномером.

10.17 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон и абсолютная погрешность измерений длины волоконно-оптического кабеля соответствуют, указанным в таблице 2.

10.18 Определить абсолютную погрешность измерений вносимого ослабления оптического излучения Δ_A по формуле:

$$\Delta_A = A_T - A_{эм}$$

где A_T – ослабление, измеренное тестером;
 $A_{эм}$ – ослабление, задаваемое аттенуатором.

10.19 Результаты испытаний считать положительными, если диапазон и абсолютная погрешность измерений вносимого ослабления оптического излучения соответствуют, указанным в таблице 2.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 По результатам поверки оформляется протокол поверки в произвольной форме. Допускается протокол поверки приводить на оборотной стороне свидетельства о поверке.

11.2 Сведения о результатах поверки тестера передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.3 По заявлению владельца тестера или лица, представившего его на поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие тестера метрологическим требованиям) наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

11.4 По заявлению владельца тестера или лица, представившего его на поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие тестера метрологическим требованиям) выдается извещение о непригодности к применению.

11.5 Способ защиты от несанкционированного вмешательства представлен в описании типа, дополнительных действий по соблюдению требований по защите от несанкционированного вмешательства не требуется.

Начальник отдела ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России



К.А. Шарганов