



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М. П.

подпись

М.А. Якутова
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату
№ _____
от « _____ » 201 г.
на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Иматика» (ООО «Иматика»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, пер.Северный, 61, офис 204/3
адрес места осуществления деятельности

поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	Измерения электрических и магнитных величин. Трансформаторы напряжения измерительные	6: $\sqrt{3} \dots 10$ кВ/ /100: $\sqrt{3} \dots 100$ В; 50Гц	КТ 0,5; 1; 3	
2	Измерения электрических и магнитных величин. Трансформаторы тока	(5..3000)А/5А 50Гц	КТ 0,2s; 0,2; 0,5s; 0,5; 1; 3	

Директор
должность уполномоченного лица

П.А. Орлов
подпись уполномоченного лица

П.А. Орлов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

