



Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. 

подпись

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

17 3 мая 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.312014

от " " 20 г.

на 1 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»
(ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
427430, Россия, Удмуртская республика, г. Воткинск, бкм Камской железной дороги, площадка
«Сива»

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ДГБ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Установки измерительные типа «Т-ГЗУ-М»	Жидкость (2 - 3000) т/сутки. Газ (50 - 450000) м ³ /сутки.	ПГ ±2,5 % ПГ ±5 %	
2	Датчики расхода ДРС.Т	(0,5 - 200) м ³ /ч.	ПГ ±1,5 %	
3	Комплексы расходомерные типа КР	(0,5 - 200) м ³ /ч.	ПГ ± (1,5-2,5) %	

Главный инженер

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



В.В Ситников

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Знаете ли вы что такое...

Техническое задание





Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

15 ЯНВ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.312014

от " " 20 г.

на 1 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ №1 к
ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»
(ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
427430, Россия, Удмуртская республика, г. Воткинск, бкм Камской железной дороги, площадка
«Сива»

адрес места осуществления деятельности

Проверка средств измерений

ДГБ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Расходомеры многофазные РМФ	Жидкость (2 – 1500) т/сутки. Газ (5 - 50000) м ³ /сутки.	ПГ ±2,5 % ПГ ±5 %	

Главный инженер

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.В Ситников

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Эксперт по оценке

Технический эксперт

