



Руководитель (заместитель руководителя)

м.п. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату об аккредитации

№ РА.РЦ.311722

от "21" июня 2016 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомера» (ООО «Энергомера»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 119

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ДАА


шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики, расходомеры и преобразователи расхода жидкости, расходомеры – счетчики количества жидкости	(0,02-50,00) м ³ /ч	ПГ ±(0,75 - 5,00) %	
2	Теплосчетчики	(0 - 20) мА (0 - 1000) Гц (0 - 1) кОм	ПГ ± 0,04 мА ПГ ± 0,01 Гц ПГ ± 0,05 %	
3	Тепловычислители	(10 ⁻⁴ - 10 ⁺⁷) ГДж	ПГ ± (0,05 - 2,5) %	
4	Корректоры газа	(0 - 20) мА (0 - 1000) Гц (0 - 1) кОм	ПГ ± 0,04 мА ПГ ± 0,01 Гц ПГ ± 0,05 %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
5	Манометры	(0 - 6) МПа (0 - 60) кгс/см ²	КТ (0,6 - 4)	

6	Преобразователи избыточного давления измерительные	(0 - 6) МПа (0 - 60) кгс/см ²	КТ (0,25 - 4)	
Теплофизические и температурные измерения				
7	Термометры сопротивления, термопреобразователи с унифицированным сигналом	(233 - 505) К ((-40) - 232) °С	ПГ ± (0,2 - 5,0) К ПГ ± (0,2 - 5,0) °С	
8	Термометры сопротивления	(233 - 505) К ((-40) - 232) °С	КД АА; А; В; С	
9	Термометры показывающие биметаллические	(233 - 505) К ((-40) - 232) °С	КТ (1 - 4)	

Директор
должность уполномоченного
лица

м.п.


подпись уполномоченного
лица

В.Г. Максимкин
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации

/Алентьев Л.В./

Технический эксперт

/Фомин А.А./



Пролито,
 пронумеровано и
 скреплено печатью
 2 (два) листа

