Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

_____ ЯКУТОВА М.А.
подпись инициалы, фамилия

м.п.

Приложение
к аттестату об аккредитации
№ RA.RU.311374
от "29" октября 2015 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ООО НПП «КИП-Контроль»
наименование юридического лица

142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка,
адрес места осуществления деятельности

ОАО «МГПЗ»;
адрес места осуществления деятельности

143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7а
адрес места осуществления деятельности

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	Погрешность, класс, разряд	
1	2	3	4	5
142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ОАО «МГПЗ»				
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ				
1	Счетчики газа (турбинные, ротационные, вихревые, ультразвуковые)	(0,5…4000) $м^3$/ч	ПГ ±(1…4) %	
2	Счетчики газа вихревые и ультразвуковые (имитационный метод)	(0,5…150000) $м^3$/ч	ПГ ±(0,5…3) %	
3	Комплексы измерения количества газа, измерительные системы	(0,5…6500) $м^3$/ч	ПГ ±(1…5) %	
4	Корректоры объема газа, вычислители, контроллеры измерительные	(-0,1…12) МПа (-40…100) °С	$ПГ_{давл}$ ±(0,1...0,5) % $ПГ_{темп}$ ±(0,1...0,3) % $ПГ_{выч}$ ±(0,02...0,5) %	
5	Комплексы измерительные расхода и количества газа методом переменного перепада давления с помощью СУ	(0…250) кПа	ПГ ±(0,3…5) %	

№ [illegible]
от "29" октября 2015 г.
на 2 листах, лист 2

ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
6	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифференциальные, показывающие, самопишущие, сигнализирующие	(-0,1…14,0) МПа	КТ 0,6…4,0	
7	Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры	(-40…40) кПа	КТ 0,5…2,5	
8	Преобразователи давления, давления - разряжения, разности давлений, абсолютного давления, избыточного давления, с унифицированным выходным сигналом	(-0,1…14,0) МПа	ПГ ±(0,1…2,5) %	
ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ				
9	Сигнализаторы загазованности	CO (0…200) мг/м^3 CH_4 (0…100) % НКПР	ПГ ±(1…25) мг/м^3 ПГ ±(1…10) % НКПР	
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
10	Термометры сопротивления, термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом	(-50…450) °С	КД АА КД А КД В КД С	
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН				
11	Стандартные сужающие устройства (диафрагмы измерительных трубопроводов)	Ду (50…250) мм	ПГ ±(0,03…0,05) мм	
143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7а				
1	2	3	4	5
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ				
12	Счетчики газа (турбинные, ротационные, вихревые, ультразвуковые)	(0,5…6500) м^3/ч	ПГ ±(1…4) %	

Генеральный директор
ООО НПП «КИП-Контроль» м.п. _____ подпись Федосов В.Е. фамилия, инициалы

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КИП-Контроль" * Московская обл. * г. Железнодорожный

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись | Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

М.П.

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.311374
от "29" октября 2015 г.
на 2 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

ООО НПП «КИП-Контроль»
наименование юридического лица

142717, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское,
адрес места осуществления деятельности

поселок Развилка, Проектируемый проезд №5537, владение №4
адрес места осуществления деятельности

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

БНК
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Приме-чание
		Диапазон измерений	Погрешность, класс, разряд	
1	2	3	4	5
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
1	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифференциальные, показывающие, самопищущие, сигнализирующие	(-0,1…14) МПа	КТ 0,4…0,6	
ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ				
2	Газоанализаторы, газосигнализаторы, сигнализаторы загазованности	(0…500) ppm	ПГ ±(1…25) %	
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
3	Термометры манометрические	(-40…100) °С	ПГ ±(0,5…5,0) %	
4	Термометры цифровые, биметаллические	(-40…500) °С	ПГ ±(0,5…5,0) %	

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.311374
от "29" октября 2015 г.
на 2 листах, лист 2

5	Измерительные регуляторы	(0…20) мА (0…30) В (0…2000) Ом (-200…2500) °С (1…1·10^{6}) Гц	ПГ ±(0,04…1,0) % ПГ ±(0,02…1,0) % ПГ ±(0,08…1,0) % ПГ ±(0,25…1,0) % ПГ ±(0,01…1,0) %	
ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН				
6	Блоки питания и преобразования сигналов	(0…20) мА	ПГ ±0,1 %	
7	Системы, комплексы, каналы измерительные, автоматики, телемеханики, информационно-вычислительные и управляющие	(0..25) мА (0…30) В (0…111111,11) Ом (1…1·10^{4}) Гц	ПГ ±(0,08…1,0) % ПГ ±(0,06…1,0) % ПГ ±(0,1…1,0) % ПГ ±(0,01…1,0) %	

Генеральный директор
ООО НПП «КИП-Контроль»

М.П. _____ подпись

В. Е. Федосов
инициалы, фамилия