

м. п.  Руководитель (заместитель руководителя)  
 Федеральной службы по аккредитации  
 ИИТВАК А.Г.  
 подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Приложение 21 ДЕК 2017  
 к аттестату аккредитации  
 № RA.RU.312018  
 от "25" января 2017 г.  
 на 1 листе, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

### Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя

186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Калинина, здание СТС

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений  
ДГЗ

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>29. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ</b>				
1.	Расходомеры, преобразователи расхода электромагнитные, вихревые, счетчики жидкости тахометрические	(2 – 90000) кг/ч (0,002 – 90) м <sup>3</sup> /ч Ду (0,015 – 0,08) м	ПГ±(0,05 – 0,1) %	
2.	Тепловычислители	(0 – 1·10 <sup>7</sup> ) ГДж	ПГ±(0,02 – 1,0) %	

Директор ООО «ТЕХНОКОМ» \_\_\_\_\_



*Муш*

Н.А. Муравская