



ПРИКАЗ

от « 30 » 06 20 21 г.

№ ПК1-306

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.310144

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖУРАЛЭнергосервис»
(ООО «ЮЖУРАЛЭнергосервис»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

РОСС RU.0001.310144

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

454078, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 28-б, оф.1

адрес места осуществления деятельности

Проверка средств измерений

ГЗХ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения электрических и магнитных величин				
1	Трансформаторы напряжения	(3000 – 220000)/100 В (3000 – 220000)/57,7 В	КТ 0,2; 0,5; 1; 3; 3Р; 6Р	
2	Трансформаторы тока	(5 – 18000)/1; 5 А	КТ 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10; 5Р; 10Р	
3	Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии	(0,2 – 100) А (57,7 – 380) В (40 – 60) Гц	КТ 0,5; 1,0; 2,0	
4	Счетчики электронные активной и реактивной электрической энергии переменного тока	(0,005 – 100) А (57,7 – 380) В (40 – 60) Гц	КТ 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1,0; 2,0	

1	2	3	4	5
5	Измерительные системы, измерительно-вычислительные комплексы, АСКУЭ и их измерительные каналы и компоненты (устройства сбора и передачи данных, вычислители) для измерения электрической мощности и энергии	(0 – 24) мА [(-10) – (+110)] мВ (0 – 30) В (0 – 400) Ом (0,001 – 11) кГц (1 – 100000) с	ПГ ±0,08 % ПГ ±0,08 % ПГ ±0,06 % ПГ ±0,08 % ПГ ±0,7 Гц ПГ ±1 с/сут	

Директор ООО «ЮЖУРАЛЭнергосервис»
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А. С. Петров
инициалы, фамилия
уполномоченного лица