

Поверка

осуществляется по МИ 1782-87 "Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Копры маятниковые. Методика поверки." И дополнительно по "Методике поверки", приведенной в разделе 12 паспортов Гб 2.774.045 ПС, Гб 2.774.068 ПС, Гб 2.774.069 ПС, Гб 2.774.070.