

Поверка

осуществляется по документу ЕЭ2.721.718РЭ «Стандарты частоты и времени Ч1-83/2, Ч1-83/3. Руководство по эксплуатации», раздел 7 «Поверка прибора», утверждённому руководителем ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ» Минобороны России
12 февраля 2014 г.