

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с МИ 1788-87 и с «РД 50-444. Методические указания. Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной, поглощенной и эквивалентной дозы излучения термолюминесцентные. Методы и средства поверки».