

Поверка

осуществляется для каждого измерительного тракта отдельно в соответствии с методиками:

1. МИ 1798-87. ГСИ. Методические указания. Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверки.
2. МИ 1916-88. ГСИ. Методические указания. Гамма-спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверки.