

Поверка

осуществляется по методике поверки МП 16664-08, включенной в формуляр, и согласованной с ВНИИМС в 2008 г.