

Поверка

осуществляется по документу ПАЭМ.411153.002 МП «Измеритель электрического поля ИЭП-05. Методика поверки», приведенному в разделе 11 «Поверка прибора» Руководства по эксплуатации ПАЭМ.411153.002 РЭ, утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 15.10.04 г.