

## **Поверка**

осуществляется по документу МП 18294-06 «Радиометры альфа-бета-излучения с высоко-чувствительным 10-ти канальным счетчиком LB 770. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.