

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 3.4 «Поверка прибора» документа К01.РЭ «Виброанализатор «КВАРЦ» Руководством по эксплуатации», согласованным с ФГУП «ВНИИМС» 16.08.99 г.