

## **Поверка**

осуществляется по ГОСТ 8.338-2002 и по документу МП 4211-201-2003 «Преобразователи термоэлектрические ТХА и ТХК Метран-200. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 23.03.2004 г. (для преобразователей с длиной погружаемой части менее 250 мм).