

Поверка

осуществляется в соответствии с документом 5К1.552.045ДП «Газоанализатор ФЛЮОРИТ-Ц. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВС НИИФТРИ» 25.05.2006 г.