

Поверка

осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.366-79 «Омметры цифровые. Методы и средства поверки», ГОСТ 8.118-85 «Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки», ГОСТ 8.409-81 «Омметры. Методы и средства поверки», МИ 1202-86 «ГСИ, Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые.