

Поверка

осуществляется по документу ИУШЯ.418131.001 РЭ «Пробники напряжения Я6-122. Руководство по эксплуатации»