

Поверка

осуществляется по методике, изложенной в ДСМК.421417.002 МП «Аппаратура для контроля вибропараметров работающего оборудования «Топаз-138». Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 25.02.2002 г.