

Поверка

осуществляется в соответствии с МП 23869-02 "Инструкция. Анализаторы точки росы модели 13-075, 13-100, 13-110, 13-1175, 13-1200, 13-1210. Методика поверки"