

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с документом «Прибор для измерений коэффициента стоячей волны и потерь на отражение SA-2000A. Методика поверки» 920-7002A800 МП, утвержденным ФГУМ «ВНИИФТРИ» 08.04.2004

г.