

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 5 «Поверка приборов» руководства по эксплуатации АУЮВ.411112.01 РЭ