

Поверка

осуществляется по документу МП 26112-08 «Преобразователи измерительные серии УТА моделей УТА50, УТА70. Методика поверки», утверждённому ВНИИМС, ноябрь 2003 г.