

Поверка

осуществляется по документу РЮАЖ.415522.217 МП «Трубки индикаторные ИТ-51. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия» в августе 2006 г.