

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Измеритель удельного электрического сопротивления углеграфитовых изделий ИУС-4. Методика поверки», согласованным ГЦИ СИ «Челябинский ЦСМ» в октябре 2009 г.