

Поверка

осуществляется по документу МП 31884-12 «Спектрофотометры КФК-3КМ. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в марте 2012 г.