

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки «Измерительно-сигнализатор температуры ИСТ. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки. МИАВ.468156.056РЭ1», приведенной в руководстве по эксплуатации МИАВ.468156.56РЭ. Методика поверки утверждена ГЦИ СИ ФГУП СНИИМ.