

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки генераторов сигналов высокочастотных N9310A МП РТ 1213-2007, утвержденной ФГУ «Ростест-Москва» в октябре 2007 г.