Поверка

осуществляется по документу 1223.00.00.000 МП «Инструкция ГСИ. Датчик расхода газа «DYMETIC-1223». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Тюменский ЦСМ» в январе 2008 г.