

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.280-78, ГОСТР 8.624-06 с дополнениями, приведенными в разделе «Поверка» документа «Омметр «ОА 3201». Руководство по эксплуатации. РУКЮ.411212.020 РЭ», согласованного с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» в части раздела 8 в марте 2008 г.