

Поверка

осуществляется по документу МП 13-241-2008 «ГСИ. Анализатор инфракрасный зерна и зернопродуктов INFRANEO. Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» в марте 2008 г., с изменением №1, утвержденному ФГУП «УНИИМ» в июле 2013 г.