

Поверка

осуществляется по документу МП 38622-08 «Анализатор Conex (модификации DIA-1, DIA-2, DIA-2Q, DIS-PR, DIS-D). Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «ИНВЕРСИЯ» в июле 2008 г.