

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Дифрактометры рентгеновские энергодисперсионные D2 CRYSO фирмы "Bruker AXS Microanalysis GmbH", Германия. Методика поверка», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия» в июне 2008 г.