

Поверка

осуществляется по документу МП-087/447-2008 «Источники питания постоянного тока Agilent серий (моделей) 60xxx. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 2008 г.