

Поверка

осуществляется в соответствии с документом МПРТ 1414-2009 «Приемники измерительные R&S ESL3, R&S ESL6. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «Ростест- Москва» в сентябре 2009 г.