

Поверка

осуществляется по методике, приведенной в разделе 10 « Поверка прибора» руководства по эксплуатации МЕРА.411228.003 РЭ, входящего в комплект поставки, и согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Краснодарский ЦСМ» в июне 2010 г.