

Поверка

осуществляется по документам Р 50.2.036-2004 «ГСИ. рН-метры и ионометры. Методика поверки» и МП 45764-10 «рН-метр/измеритель окислительно-восстановительного потенциала 8202. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия» 15 марта 2010 г.