

Поверка осуществляется по:

МИ 1997-89: «Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».
При поверке используются рабочие эталоны класса точности 0,05 в соответствии с ГОСТ 8.017-79.