

Поверка

осуществляется по Р 50.2.046-2005 «Вискозиметры капиллярные стеклянные импортного производства. Методика поверки»