

## **Поверка**

проводится по МИ 1745-87 «ГСИ. Стандартные образцы свойств термоэлектродных материалов из сплавов ВР5 и ВР20. Методика аттестации» (для ТП типа ТВР, первичная, на этапе изготовления) или по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки» (для ТП типов ТПП, ТПР).