

Поверка

осуществляется по методике, изложенной в разделе 9 Х62.773.091 РЭ «Машина разрывная испытательная РМ-50 Руководство по эксплуатации»