

## **Поверка**

проводится по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки». Поверка ТХА-12 с ИСХ проводится по документу ВШКЛ.405221.003 ДЗ «Преобразователь термоэлектрический ТХА-12. Методика поверки».